

MiniMed® 640G menu overzicht



Beginscherm

Druk op >>

Toediening stoppen
Audio-opties
Historie
Reservoir+katheter
Insuline-instellingen
Sensorinstellingen
Gebrtenismarker
Herinneringen
Extra's

Toediening stoppen

Audio-opties
Audio
Audio en Trillen
Trillen
Volume

Historie
Samenvatting
Daghistorie
Alarmhistorie
Sensorglucose-overzicht*
ISIG-historie*

Reservoir+katheter
Nieuw reservoir
Canule vullen

Sensorinstellingen
Sensor
Sensor aansluiten*
Alarmstilte*
Hoog-instellingen*
Laag-instellingen*
Sensor kalibreren*
Automatisch Kalibr.*

Herinneringen
Persoonlijk
BG-controle na bolus
Gemiste maaltijdbolus
Laag reservoir
Vervang infusieset
Kalibratie*

Insuline-instellingen
Setup Bolus Wizard
Basaal patroon instellen
Setup voorkeuze tijd,bsl
Setup voorkeuze bolus
Dual/Square Wave
Bolusstapgrootte
Max basaal/bolus
Easy Bolus
AutoStop
Bolussnelheid

Gebrtenismarker
BG
Injectie
Voeding
Beweging
Overige

Extra's
Vliegtuigmodus
Weergaveopties
Tijd en datum
Remote Bolus
Blokkering
Zelftest
KH-eenheid
Instellingenbeheer
Sensordemo
Apparaatopties
Taal

* Alleen beschikbaar wanneer de Sensor-functie is ingeschakeld.